


COVID-19 快篩試劑判讀結果及處置方式

檢驗結果為陰性

- ❑ 快篩結果為陰性不代表安全無虞，亦可能有偽陰性或採檢時病毒量較低無法被偵測之可能，請遵循疾病管制署防疫規範，**做好個人防護，持續自我健康管理**。
- ❑ 採檢完之家用快篩試劑及試劑棒**用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理**。



檢驗結果為陽性

 如為居家隔離或居家檢疫者

請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，**依指示方式處理**。

 如為非居家隔離或居家檢疫者

- ❑ 請儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。
- ❑ 請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，另使用過之採檢器材**用塑膠袋密封包好**，請攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

